



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phrakong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :Double Phototherapy โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ :หน่วยงาน :

รุ่น :ครุภัณฑ์ :

S/N :วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวเครื่อง, ตัวถัง, ฝาครอบ				
2	ตรวจสอบสภาพปุ่มควบคุม, สวิตช์, Keypad				
3	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล, จอภาพ, มอนิเตอร์, Touchscreen				
4	ตรวจสอบสภาพ Touchscreen				
5	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบล็อก, ข้อต่อ				
6	ตรวจสอบสภาพระบบแจ้งเตือน(Alarm)				
7	ตรวจสอบสภาพสัญญาณเสียง				
8	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ประกอบต่างๆ				
9	ตรวจสอบสภาพ Panel Up/Down				
10	ตรวจสอบสภาพ Skin Temp Probe				
11	ตรวจสอบสภาพ Air Temp Probe				
12	ตรวจสอบสภาพ Blue Phototherapy LED				
13	ตรวจสอบสภาพ White Phototherapy LED				
14	ตรวจสอบสภาพ Focusing LED				
15	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

☐ Pass/ผ่าน

☐ Fail/ไม่ผ่าน

☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404

☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988