



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phrakong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999

Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :TRANSPORT INCUBATOR..... โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ :หน่วยงาน :

รุ่น :ครุภัณฑ์ :

S/N :วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	ตรวจสอบสภาพสายไฟและสวิตช์ต่างๆ				
2	ตรวจสอบล้อและระบบเบรก				
3	ตรวจสอบสภาพรถเข็น				
4	ตรวจสอบสภาพเครื่องภายนอก				
5	ทดสอบระบบปรับความลาดเอียงของเตียง				
6	ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟ,สายไฟ,ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
7	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่				
8	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แสดงผล,จอภาพ,มอนิเตอร์				
9	ตรวจสอบสภาพปุ่มควบคุม,สวิตช์,Keypad				
10	ตรวจสอบสภาพระบบแจ้งเตือน(Alarm)				
11	ตรวจสอบระบบการทำงานของ Heater				
12	ตรวจสอบอุณหภูมิ SET 35°				
13	ตรวจสอบอุณหภูมิ SET 37°				
14	ตรวจสอบระบบ Air Mode				
15	ตรวจสอบระบบ Baby Mode				
16	ตรวจสอบ Skin Temp Probe				
17	ตรวจสอบ Air Temp Probe				
18	ตรวจสอบฟیلเตอร์				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

- ☐ Pass/ผ่าน
☐ Fail/ไม่ผ่าน
☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่.....

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

- ☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404
☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988