



MBD Healthcare Co., Ltd.

Head office : 340 Moo.6, Sanphisuea, Mueang, Chiangmai 50300 Thailand

Bangkok office : 288 Sukhumvit 93 Rd., Bangchak, Phrakonong, Bangkok 10260 Thailand

Healthcare since 1999 Tel. +6653-240-640 e-mail : info@mbd-healthcare.com (www.mbd-healthcare.com)



ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา

เครื่อง :ULTRASOUND..... โรงพยาบาล :

ยี่ห้อ :หน่วยงาน :

รุ่น :ครุภัณฑ์ :

S/N :วันที่ :

ตรวจสอบครั้งต่อไป :

ลำดับ	QUALITATIVE TEST ทดสอบคุณสมบัติ	Pass ผ่าน	Fail ไม่ผ่าน	None ไม่มี	COMMENTS ข้อเสนอแนะ
1	Monitor				
2	Touchscreen				
3	TGC TEST				
4	Control Panel				
5	Keyboard				
6	Speaker				
7	Trackball				
8	Tranducer				
9	Tranducer Select				
10	Scan Image				
11	B-mode				
12	M-mode				
13	Doppler-mode				
14	Air Filter Check				
15	Cooling Fans				
16	OP Panel Up/Down				
17	OP Panel Swing				
18	Battery				
19	External Printer / Thermal Printer				
20	DVD				
21	UPS				
22	Software Version.....				
23	Wheel Lock/Unlock				

หมายเหตุ :

STATUS/สรุปผลสถานะ

☐ Pass/ผ่าน

☐ Fail/ไม่ผ่าน

☐ Service/ต้องดำเนินการซ่อม

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

วันที่.....

FM-MN-09 : Rev 00 : 01/07/2568

☒ สำนักงานเชียงใหม่ : 340 หมู่ 6 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-240-640-1, 081-980-0404

☐ สำนักงานกรุงเทพฯ : 288 ซอยพื้งมี 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02-742-6759, 093-134-9988